РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА (АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ) № **021/2-251**

| **Комплект щупов «BLATT»** | | |
|---|---|---|
| Инвентарный номер | Заводской № | № в Госреестре |
| 3138 | **262** | - |

Назначение: измерение величины зазора

| Технические характеристики. | | Место хранения. Условия эксплуатации |
|---|---|---|
| Отклонение от номинала, мм:<br>Диапазон, мм: | не более 0,005<br>0,05 – 1,0 | к. 155 |

Результаты первичной калибровки от 30 августа 2012 г.

| Проверяемая характеристика | Установленное значение | Допускаемое значение |
|---|---|---|
| *Протокол первичной калибровки отсутствует* | 0,004 | 0,005 |

Периодичность калибровки: по мере надобности.

Техническое обслуживание проводится при поверке (калибровке)

Средство измерений пригодно для использования в лаб 251 в соответствии с назначением с характеристиками и в условиях указанных выше.

Ответственный за состояние СИ и ВО _____ Мигаль П.В.

Журнал периодической калибровки и технического обслуживания.

| № свид. (серт.) | Дата проведения | Результат |
|---|---|---|
| 759-1459-233 | 21/07/11 | первичная |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |